



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**МАНОМЕТРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ И САМОПИШУЩИЕ
С ИНТЕГРАТОРАМИ ГСП**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

ГОСТ 8.146—75

(СТ СЭВ 4382—83)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва



ГОСТ 8.146-75, Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие с интеграторами ГСП. Методика поверки
State system for ensuring the uniformity of measurements. Indicating and recording pressure gauge with integrator of SSI. Methods of verification

8.146-75
26

к

Государственная система обеспечения единства
измерений

**МАНОМЕТРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ И САМОПИШУЩИЕ
С ИНТЕГРАТОРАМИ ГСП**

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity
of measurements. Indicating and recording pressure
gauge with integrators of SSI.
Methods of verification

ГОСТ

8.146—75*

(СТ СЭВ 4382—83)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 29 января 1975 г. № 234 срок действия установлен

с 01.01.76

Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие и выпускаемые в комплекте со вторичными приборами дифференциальные манометры (дифманометры) по ГОСТ 18140—77 с верхними пределами измерений не более $6,3 \text{ кгс/см}^2$ ($0,63 \text{ МПа}$) и не менее 10 кгс/м^2 (100 Па), применяемые в системе контроля и управления производственными процессами в качестве дифманометров-расходомеров и дифманометров-переподомеров.

Стандарт устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок дифманометров, а также встроенных в них интеграторов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4382—83.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться следующие операции:

- внешний осмотр (п. 4.1);
- опробование (п. 4.2);
- определение метрологических параметров (п. 4.3);
- определение скорости перемещения диаграммы (п. 4.4);
- проверка самопишущего устройства (п. 4.5);
- определение погрешности интегратора (п. 4.6).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (октябрь 1984 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в июне 1984 г. (ИУС 9—84).

© Издательство стандартов, 1985

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны применяться следующие средства поверки:

- грузопоршневой манометр МП-2,5 и МП-6 по ГОСТ 8291—83;
- образцовый пружинный манометр МО по ГОСТ 6521—72;
- грузопоршневой мановакуумметр МВП-2,5 класса точности 0,05;
- пределы измерений—1,0—0—2,5 кгс/см² (—0,10—0—0,25 МПа);
- автоматический задатчик давления АЗД-2,5 класса точности 0,05;
- пределы измерений 0,1—1,0; 0,1—1,6; 0,2—2,5 кгс/см² (0,01—0,1; 0,01—0,16; 0,02—0,25 МПа);
- жидкостный компенсационный микроманометр с коцевыми мерами длины МКМ по ГОСТ 11161—84;
- жидкостный компенсационный микроманометр с микрометрическим винтом МКВ по ГОСТ 11161—84;
- жидкостный многопредельный микроманометр с наклонной трубкой ММН класса точности 0,6 по ГОСТ 11161—84;
- весовой колокольный микроманометр МКК по ГОСТ 11161—84;
- секундомер класса 1 по ГОСТ 5072—79.

2.2. Допускается применение находящихся в эксплуатации (приложение 1) средств поверки, прошедших метрологическую аттестацию в органах государственной метрологической службы и удовлетворяющих по точности требованиям п. 4.4.2.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия и выполняться следующие подготовительные работы.

3.2. Изменение давления должно соответствовать требованиям ГОСТ 18140—77 без перехода за поверяемое значение. Среда, передающая давление,— воздух или нейтральный газ.

3.3. Образцовые пружинные манометры МО, предназначенные для установки с их помощью заданных расчетных перепадов давления, должны быть предварительно поверены при расчетных значениях давления.

3.4. При использовании грузопоршневого манометра МП-6 между ним и поверяемым дифманометром должно быть установлено разделительное устройство, предохраняющее поверяемый прибор от попадания в него масла. Уровень жидкости в разделительном устройстве должен находиться в плоскости торца поршня. Значения высоты столба ртути и воды жидкостных образцовых манометров, соответствующих давлению 1 кгс/см² (0,1 МПа) приводятся в приложении 2.

3.5. Допускается проводить поверку дифманометров по условной шкале (диаграмме); по специальным отметкам, нанесенным предприятием-изготовителем на циферблате; допускается проводить поверку самопишущих дифманометров при неподвижной диаграмме.

3.6. Дифманометр перед проведением поверки должен быть выдержан в нерабочем состоянии в соответствии с требованиями ГОСТ 18140—77.

3.7. Герметичность системы, состоящей из соединительных линий и образцовых приборов, проверяется давлением, равным верхнему пределу измерений поверяемого дифманометра.

Система считается герметичной, если после выдержки в течение 3 мин падение давления не превысит 1% от верхнего предела измерений в минуту при рабочем давлении в течение последующих 2 мин.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр

4.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие дифференциальных манометров следующим требованиям:

приборы не должны иметь повреждений и дефектов, при наличии которых не может быть допущено их применение;

маркировка приборов должна соответствовать требованиям ГОСТ 18140—77.

Примечание. На приборах, выпущенных до введения ГОСТ 18140—72, допускается иная маркировка.

4.2. Опробование

4.2.1. Стрелку (перо) дифманометров, снабженных корректором нуля, перед началом поверки при отсутствии перепада давления устанавливают на нулевую отметку шкалы (нулевую линию диаграмм).

4.2.2. Стрелка (перо) дифманометров, не имеющих корректора нуля, при отсутствии перепада должна устанавливаться на нулевую отметку с отклонением, не превышающим установленного в ГОСТ 18140—77.

4.2.3. Проверка герметичности между плюсовой и минусовой камерами измерительного блока производится до определения основной погрешности. При минусовой камере, сообщенной с атмосферой, в плюсовой камере дифманометра создается избыточное давление, равное предельному номинальному перепаду давления (при сумме абсолютных значений пределов измерений), и выдерживают прибор в течение 10 мин, поддерживая это давление. От-

ключают прибор от устройства, создающего давление. Прибор считают герметичным, если в течение 15 мин изменение давления при изменении температуры окружающей среды не превышает значений, указанных в таблице.

4.3. Определение метрологических параметров

4.3.1. Основную погрешность определяют установкой стрелки (пера) дифманометра на поверяемую отметку (отсчетную линию диаграммы), соответствующую номинальному перепаду давления по образцовому прибору, или установкой по образцовому прибору действительного значения перепада давлений и отсчета показаний по шкале (диаграмме) поверяемого прибора.

Примечание. Определение основной погрешности установкой действительного значения перепада давления по образцовому прибору при отсчете показаний по шкале (диаграмме) поверяемого прибора производят только в том случае, когда отсчетное устройство поверяемого дифманометра обеспечивает погрешность отсчитывания не более $\frac{1}{2}$ предела допускаемой основной погрешности.

Таблица

Верхний предел измерения		Допускаемое изменение температуры в процессе поверки, °С	Допускаемое изменение пневматического давления в % от установленного значения
крас/см ² (ПА)	крас/см ² (МПа)		
10(100) 16(160) 25(250)		0,3	45
40(400) 63(630)			25
100(1000) 160(1600)			15
250(2500) 400(4000)			7
630(6300) 1000(10000)			3
1600(16000) 2500(25000)		0,5	1,5
	0,4(0,04)		1,0
	0,63(0,063)		0,5
	1,00(0,100)		
	1,60(0,160)		
	2,50(0,250)		
	4,00(0,400)		
	6,30(0,630)	1,0	

Примечания:

1. Изменения температуры и давления должны иметь одинаковые знаки.
2. При изменениях температуры менее указанного в таблице допускаемое изменение давления должно быть уменьшено в том же отношении.

4.3.2. При выборе образцовых средств для определения погрешности показаний поверяемого дифманометра должно соблюдаться следующее условие

$$Y_0 \leq cY, \quad (1)$$

где Y и Y_0 — пределы допускаемой основной погрешности образцового и поверяемого приборов при давлении, соответствующем поверяемой отметке шкалы (отсчетной линии диаграммы), выраженные в одних и тех же единицах;

c — коэффициент запаса точности, равный $1/4$.

Допускается с разрешения органов Госстандарта СССР применять $c = 1/3$.

4.3.3. Основную погрешность определяют сравнением действительного перепада давления, соответствующего поверяемой отметке, с показаниями поверяемого прибора.

4.3.4. Расчетные значения перепада давления h_p для дифманометров-расходомеров со шкалой (диаграммой), равномерной по расходу, определяют по формуле

$$h_p = \left(\frac{N}{N_{\max}} \right)^2 \cdot h_{\max}, \quad (2)$$

где h_{\max} — предельный перепад давления номинальный;

N_{\max} — верхний предел измерений дифманометра-расходомера;

N — показание по шкале (диаграмме).

4.3.4.1. Расчетные значения перепада давления ΔP_p , Па, для дифманометров-уровнемеров определяют по формуле

$$\Delta P_p = N \rho g,$$

где N — показание по шкале (диаграмме) дифманометра-уровнемера, м;

ρ — плотность измеряемой среды, кг/м³;

g — нормальное ускорение, м/с².

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4.3.5. Определение основной погрешности дифманометров должно производиться не менее чем при пяти значениях перепада давления, равномерно распределенных в диапазоне измерений, в том числе на отметках, соответствующих 30 и 100% предельного перепада давления. Поверку приборов производят вначале при плавно возрастающем, а затем при плавно убывающем перепаде давления.

Примечание. Поверку дифманометров с верхним пределом измерений 6,3 кгс/см² (0,63 МПа) допускается производить при перепаде давления 6 кгс/см² (0,6 МПа).

4.3.6. Пределы допускаемой основной погрешности дифманометров должны соответствовать ГОСТ 18140—77.

Основная погрешность дифманометра не должна превышать при первичной поверке $0,8 K$, при периодической поверке — $1 K$, где K — класс точности прибора.

Примечание. Для дифманометров-расходомеров при первичной поверке при значениях расхода 30 и 40% (или близких к ним) допускается основная погрешность, не превышающая K .

4.3.7. Вариация показаний, определяемая при каждом поверяемом значении перепада давления, кроме значений, соответствующих нулю и верхнему пределу измерений, не должна превышать значений, установленных ГОСТ 18140—77. Вариацию определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 18140—77.

Невозвращение после поверки стрелки (пера) к нулевой отметке (отсчетной линии) не должно превышать значений, установленных ГОСТ 18140—77.

4.3.8. У многострелочных (многозаписных) дифманометров погрешность и вариацию определяют отдельно по каждой стрелке (перу) прибора.

4.3.9. При поверке дифманометра установкой стрелки (пера) на поверяемую отметку (отсчетную линию диаграммы), соответствующую номинальному значению перепада давления по образцовому прибору для дифманометров-расходомеров с именованной и условной шкалой (диаграммой) при линейной зависимости между расходом и показаниями дифманометров-расходомеров с неравномерными шкалами (диаграммами) и дифманометров-перепадомеров основную погрешность γ в % определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 18140—77.

Примечание. В справочном приложении 3 приводится упрощенная формула для определения допускаемых отклонений от расчетного значения перепада давления.

4.3.10. При поверке дифманометра установкой по образцовому прибору действительного значения перепада давления и отчета показаний по шкале (диаграмме) поверяемого прибора основную погрешность γ в % определяют по формулам

для дифманометров-расходомеров с именованными шкалами

$$\gamma = \frac{N - N'}{N_{max}} \cdot 100; \quad (3)$$

для дифманометров-перепадомеров с именованными шкалами

$$\gamma = \frac{N - N'}{N_{min}} \cdot 100; \quad (4)$$

для дифманометров-расходомеров и дифманометров-перепадомеров с условной (100%-ной) шкалой

$$\gamma = N - N', \quad (5)$$

где N' — поверяемая отметка шкалы (диаграммы).

4.4. Определение погрешности скорости перемещения диаграммы

4.4.1. Погрешность скорости перемещения диаграммы с приводом от часового механизма и с пневматическим приводом определяют по секундомеру, с приводом от синхронного двигателя — по электрическим часам, работающим синхронно с частотой тока в сети.

4.4.2. Погрешность скорости перемещения диаграмм не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 18140—77.

4.4.3. Погрешность определяют следующим образом. Включают привод диаграммы. В момент нахождения пера на линии времени наносят пером отметку на диаграмму и отсчитывают показания секундомера (электрических часов). В момент нахождения пера на линии времени, отстоящей от первой отмеченной линии на интервал времени τ , наносят пером вторую отметку и второй раз отсчитывают показания секундомера (электрических часов). На дисковой диаграмме отметки наносят на отчетной линии верхнего предела измерений. Расчетный интервал времени τ в часах принимают равным

$$\tau = \frac{100 \cdot \Delta\tau}{\delta}, \quad (6)$$

где $\Delta\tau$ — интервал времени, равный 0,2 цены деления линии времени диаграммного диска или диаграммной ленты, ч;

δ — предел допускаемой погрешности скорости перемещения диаграммы, %.

4.4.4. Погрешность скорости перемещения диаграммной ленты или диска δ' определяют по формуле

$$\delta' = \frac{\tau - \tau_d}{\tau} \cdot 100, \quad (7)$$

где τ_d — интервал времени по секундомеру (электрическим часам).

4.5. Проверка самопишущего устройства

4.5.1. Для проверки самопишущего устройства в приборе отключают от привода механизм для передвижения диаграммы.

4.5.2. Линии записи на неподвижной диаграмме при изменении перепада давления от нуля до верхнего предела измерений и от верхнего предела измерений до нуля должны совпадать с отчетными линиями времени диаграммы, отклонение от отчетной линии не должно превышать значений, установленных в ГОСТ 18140—77. Правильность линии записи проверяют измерением расстояния между каждым концом линии, прочерченной пером

при изменении перепада давления и нанесенной на диаграмму линейной времени.

4.5.3. Линии записи, нанесенные неподвижным пером по движущейся диаграмме, должны совпадать с отсчетной линией измеряемой величины (расход, перепад давления), отклонение записи от отсчетной линии не должно превышать значений, установленных ГОСТ 18140—77.

Совпадение линий записи на движущейся диаграмме проверяют при трех значениях измеряемой величины, соответствующих нулевому значению, половине верхнего предела измерения и верхнему пределу измерений или близким к ним, передвигая диаграмму при каждом значении измеряемой величины; при этом дискровая диаграмма должна совершать полный оборот, а ленточная — перемещаться не менее чем на 200 мм.

4.5.4. Линии записи должны быть сплошными, толщиной не более 0,6 мм.

4.5.5. У многозаписных дифманометров с одним полем для записи показаний перья должны отстоять друг от друга на расстоянии, установленном ГОСТ 18140—77.

4.6. Определение погрешности показаний интегратора

4.6.1. Показания интегратора при его поверке отсчитывают по отсчетному устройству и дополнительному устройству для отчета дробных значений. Погрешность должна соответствовать требованиям ГОСТ 18140—77.

4.6.2. При поверке интегратора стрелка (перо) устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 18140—77. При поверке интеграторов с приводом от синхронного двигателя применяются электросекундомеры, работающие с частотой тока в сети; при поверке интеграторов с приводом от часового или пневматического механизма — секундомеры.

При поверке интеграторов дискретного действия после установки стрелки (пера) на поверяемую отметку механизм интегратора устанавливают в положение начала цикла интегрирования.

Допускается показания интегратора отсчитывать без его выключения.

4.6.3. Минимальную продолжительность работы интегратора при поверке t_{\min} в минутах, обусловленную погрешностью отсчета, при поверяемом значении расхода N вычисляют по формуле

$$t_{\min} = \frac{50000n}{M'_{\max}}, \quad (8)$$

где n — погрешность отсчитывания по дополнительному устройству, равная цене деления, если длина деления не менее 1 мм, и 0,5 цены деления, если длина деления равна или более 1 мм;

M'_{\max} — расчетная разность показаний интегратора за час, соответствующая верхнему пределу измерений и установленная для данного типа интеграторов.

4.6.4. Требуемая минимальная продолжительность работы интегратора, обусловленная его конструктивными особенностями, выбирается кратной периоду минимально необходимого числа оборотов элементов кинематической цепи механизма интегратора, при котором происходит компенсация кинематических погрешностей.

4.6.5. Погрешность интегратора определяют при значениях расхода, составляющих 30, 50, 75 и 100% верхнего предела измерений или близких к ним при возрастающем и убывающем значениях перепада. Основная погрешность интеграторов должна соответствовать ГОСТ 18140—77.

4.6.6. При определении действительной разности показаний, соответствующей заданной продолжительности интегратора при поверяемом значении расхода, погрешность показаний интегратора γ_N вычисляют по формуле

$$\gamma_N = \left(\frac{M}{M_{\max}} - \frac{N}{N_{\max}} \right) \cdot 100; \quad (9)$$

При определении действительной продолжительности работы интегратора, необходимой для достижения расчетной разности, соответствующей поверяемому значению расхода, погрешность показаний интегратора γ_N вычисляют по формуле

$$\gamma_N = \frac{t-t'}{t} \cdot \frac{N}{N_{\max}} \cdot 100, \quad (10)$$

где $M_{\max} = \frac{M'_{\max} \cdot t}{60}$ — расчетная разность показаний интегратора за заданную продолжительность времени работы;

t — заданная продолжительность работы интегратора (время поверки), мин;

t' — действительная продолжительность работы интегратора, мин.

Расчетную разность показаний интегратора M_p вычисляют по формуле

$$M_p = \frac{1}{60} M'_{\max} t \frac{N}{N_{\max}}. \quad (11)$$

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. При положительных результатах первичной поверки в паспорте (или документе, его заменяющем) производится запись о

годности дифманометра к применению с указанием даты поверки, которая заверяется в установленном порядке.

5.2. При положительных результатах периодической поверки в эксплуатационном паспорте (или документе, его заменяющем) производят запись о годности дифманометра с указанием даты поверки, заверяют ее подписью поверителя и оттиском поверительного клейма.

5.3. Запись в эксплуатационном паспорте (или документе, его заменяющем) результатов ведомственной поверки заверяют в порядке, установленном органом ведомственной метрологической службы.

5.4. Дифманометры, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, не допускаются к выпуску из производства и ремонта и к применению.

Примечание. В справочном приложении 4 приводятся формы протокола для записи результатов поверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СРЕДСТВА ПОВЕРКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДОПУСКАЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Жидкостный манометр с оптическим отсчетом и ртутным заполнением типа ОМО-1, классы точности 0,15; 0,30; пределы измерений 0—800 мм рт. ст. (0—0,107 МПа);

переносные приборы для поверки дифманометров-расходомеров: ППР-1, класс точности 0,3, пределы измерений избыточного давления 0,1000 мм вод. ст. (0—0,01 МПа) 0—1000 мм рт. ст. (0—0,135 МПа); ППР-2М, класс точности 0,3, пределы измерений избыточного давления 0—1000 мм вод. ст. (0—0,1 МПа), 0—1000 мм рт. ст. (0—0,135 МПа), вакуумметрического давления 760 мм рт. ст. (0,102 МПа);

контрольный ртутный манометр с дистанционным отсчетом МКД, классы точности 0,1; 0,2, пределы измерений 0—1,0; 0—1,6 кгс/см² (0—0,1; 0—0,16 МПа);

автоматический контрольный задатчик АКЗ-1, класс точности 0,1, пределы измерений 0,1—1,6 кгс/см² (0,01—0,16 МПа);

контрольный цифровой манометр КМЦ-1,6, класс точности 0,1, пределы измерений 0—1,6 кгс/см² (0—0,16 МПа);

грузосильфонный дифференциально-трансформаторный манометр контрольный МКБ, классы точности 0,10; 0,16; 0,25, пределы измерений от 0—0,25 до 0—6,3 кгс/см² (от 0—0,025 до 0—0,63 МПа) по ряду R5 ГОСТ 8032—84;

электрохимический прецизионный манометр ПМ, классы точности 0,10; 0,16; 0,25, пределы измерений 0—1,0; 0,2—1,0 кгс/см² (0—0,1; 0,02—0,10 МПа);

электрический секундомер типа П-30М;

электрические часы, работающие синхронно с частотой тока питания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

**ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОТЫ СТОЛБА РТУТИ И ВОДЫ ЖИДКОСТНЫХ ОБРАЗЦОВЫХ
МАНОМЕТРОВ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДАВЛЕНИЮ 1 кгс/см² [0,1 МПа]**

При использовании жидкостных образцовых манометров давление, равное 1 кгс/см² (0,1 МПа), создается столбом ртути высотой 738,2 мм или столбом воды высотой 10018 мм при нормальном ускорении свободного падения тела, равном 9,8066 м/с², при нормальной температуре 20°C.

Указанным значением высоты столба ртути или воды допускается пользоваться в диапазонах ускорений свободного падения тел 9,7970—9,8255 м/с² для приборов классов точности 0,5 и 1,0 при температуре 20±2°C, для приборов классов точности 1,5 и 2,5 при температуре 20±5°C.

При ускорении свободного падения тела, отличном от нормального, значение высоты столба ртути или воды определяют из равенства

$$h_n g_n = h_p g_m.$$

где h_n — высота столба жидкости при g_n , мм;

h_p — расчетное значение высоты столба жидкости, мм;

g_n — нормальное ускорение свободного падения тела, м/с²;

g_m — ускорение свободного падения тела в месте поверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИФМАНОМЕТРОВ-РАСХОДОМЕРОВ
ПРИ ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ РАСХОДОМ И ПОКАЗАНИЯМИ**

Допустимые отклонения Δh от расчетного значения перепада давления определяются по формуле

$$\Delta h = \pm 0,02 h_{max} \sqrt{\frac{N}{N_{max}}}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

ПРОТОКОЛ № _____

« _____ » _____ 19 ____ г.

поверки _____
(наименование дифманометра)

принадлежащего _____
(наименование предприятия, организации, учреждения)

Тип _____ № _____

Пределы измерений _____ Класс точности _____

Образцовые приборы _____
(тип, № _____, верхний предел измерений)

_____ (класс точности)

Т а б л и ц а 1

Определение основной погрешности и вариации

Номинальное значение измеряемой величины	Расчетное значение перепада давления	Действительное значение перепада давления или показание по шкале поверяемого прибора		Погрешность поверяемого прибора в процентах от нормирующего значения или в единицах измерения		Вариация, % по измерениям
		Прямой ход	Обратный ход	Прямой ход	Обратный ход	

Предел допускаемой основной погрешности _____ Наибольшая погрешность дифманометра _____

Невозвращение стрелки (пера) к нулю _____

Т а б л и ц а 2

Определение погрешности δ скорости перемещения диаграммы

Расчетный промежуток времени по диаграмме t_1 , ч	Промежуток времени по секундомеру (электрическим часам) t_2 , ч	Погрешность скорости перемещения диаграммы δ , %

Предел допускаемой погрешности скорости
перемещения диаграммы _____

Таблица 3

Определение погрешности интегратора γ_k

Поверяемое значение расхода	Первый отчет		Второй отчет		Погрешность γ_k
	по счетчику	по секундо- меру	по счетчику	по секундо- меру	

Предел допускаемой основной
погрешности _____

Наибольшая
погрешность _____

Дифманометр годен, забракован (указать причины) _____

Подпись лица, выполнявшего поверку _____

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 01.03.85. Подл. в печ. 13.06.85. 1,0 п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,87 уч.-изд. л.
Тираж 8000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопроспектский пер., д. 3.
Вальновская типография Издательства стандартов, ул. Миндауров, 12/14. Зак. 1503