

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ
Приборы электроизмерительные**

Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes.
Electromeasuring apparatus

Дата введения 01.01.71

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 1.08.68 № 1208

3 ВЗАМЕН ГОСТ 7624-62 в части разд. 6

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.721-74	12

5 ИЗДАНИЕ (май 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1981 г., октябре 1990 г., октябре 1993 г. (ИУС 11-81, 1-91, 5-94)

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения электроизмерительных приборов на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства.

(Введен дополнительно, Изм. № 1, 3).

Обозначения электроизмерительных приборов приведены в таблице.

Наименование	Обозначение
1а. Датчик измеряемой неэлектрической величины	
1. Прибор электроизмерительный	
а) показывающий	
б) регистрирующий	
в) интегрирующий (например, счетчик электрической энергии) Примечания: 1. При необходимости изображения нестандартизированных электроизмерительных приборов следует пользоваться сочетаниями соответствующих основных обозначений, например,	

комбинированный прибор, показывающий и регистрирующий.
2. Для указания назначения электроизмерительного прибора в его обозначение вписывают условные графические обозначения, установленные в стандартах ЕСКД. а также буквенные обозначения единиц измерения или измеряемых величин, которые помещают внутри графического обозначения электроизмерительного прибора

- а) амперметр
- б) вольтметр
- в) вольтметр двойной
- г) вольтметр дифференциальный
- д) вольтамперметр
- е) ваттметр
- ж) ваттметр суммирующий
- з) варметр (измеритель активной мощности)
- и) микроамперметр
- к) миллиамперметр
- л) милливольтметр
- м) омметр
- н) мегаомметр
- о) частотомер
- п) волномер
- р) фазометр:
измеряющий сдвиг фаз
измеряющий коэффициент мощности
- с) счетчик ампер-часов
- т) счетчик ватт-часов
- у) счетчик вольт-ампер-часов реактивный
- ф) термометр, пирометр

- х) индикатор полярности
- ц) тахометр
- ч) измеритель давления
- ш) измеритель уровня жидкости
- щ) измеритель уровня сигнала

3. В обозначения электроизмерительных приборов допускается вписывать необходимые данные согласно действующим стандартам на электроизмерительные приборы.

4. Если необходимо указать характеристику отсчетного устройства прибора, то в его обозначение вписывают следующие квалифицирующие символы:

- а) прибор, подвижная часть которого может отклоняться в одну сторону от нулевой отметки:
вправо
влево
- б) прибор, подвижная часть которого может отклоняться в обе стороны от нулевой отметки



A
V
V
V
 ΔV
VA
W
 ΣW
var
 μA
mA
mV
 Ω
 $M\Omega$
Hz
 λ

ϕ
 $\cos\phi$
Ah
Wh
varh
 t°

(допускается θ)

\pm
n
Pa или P
 \diamond
dB



- допускается применять обозначение
- в) прибор вибрационной системы
 - г) прибор с цифровым отсчетом
 - д) прибор с непрерывной регистрацией (записывающий)
 - е) прибор с точечной регистрацией (записывающий)
 - ж) прибор печатающий с цифровой регистрацией
 - з) прибор с регистрацией перфорированием

Например:
вольтметр с цифровым отсчетом

вольтметр с непрерывной регистрацией

амперметр, подвижная часть которого отклоняется в обе стороны от нулевой отметки

2. Гальванометр

3. Синхроископ

4. Осциллоскоп

5. Осциллограф

6. Гальванометр осциллографический:

- а) тока или напряжения
- б) мгновенной мощности

7. Счетчик импульсов

8. Электрометр

9. Болометр полупроводниковый


10. Датчик температуры

10а. Датчик давления

Примечание: При необходимости указания конкретной величины, в которую преобразуется неэлектрическая величина, допускается применять следующие обозначения, например, датчик давления

11. Термоэлектрический преобразователь:

- а) с бесконтактным нагревом
- б) с контактным нагревом



По ГОСТ 2.768-90

По ГОСТ 2.768-90

13. Часы вторичные

Примечание. Для указания часов, минут и секунд используют следующее обозначение

14. Часы первичные

15. Часы с контактным устройством

16. Часы синхронные, например, на 50 Гц

17. Индикатор максимальной активной мощности, имеющий обратную связь с ваттметром

18. Дифференциальный вольтметр

19. Соленомер

20. Самопишущий комбинированный ваттметр и варметр

21. Счетчик времени

22. Счетчик ватт-часов, измеряющий энергию, передаваемую в одном направлении

23. Счетчик ватт-часов с регистрацией максимальной активной мощности

24. Отличительный символ функции счета числа событий

25. Счетчик электрических импульсов с ручной установкой на n (установка на нуль при $n=0$)


26. Счетчик электрических импульсов с установкой на нуль электрическим путем

27. Счетчик электрических импульсов с несколькими контактами; контакты замыкаются соответственно на каждой единице (10^0), десятке (10^1), сотне (10^2), тысяче (10^3) событий, зарегистрированных счетным устройством

28. Счетное устройство, управляемое кулачком и управляющее замыканием контакта через каждые n событий

Примечания к пп. 1-28

1. При изображении обмоток измерительных приборов разнесенным способом используют следующие обозначения:
а) обмотка токовая



б) обмотка напряжения
в) обмотка секционирования с отводами:
токовая
напряжения

г) обмотка секционирования переключаемая:
токовая
напряжения

2. Обмотки в схемах измерительных приборов, отражающих их взаимное расположение в измерительном механизме, изображают следующим образом:

- а) обмотка токовая
- б) обмотка напряжения
- в) обмотки токовые для сложения или вычитания
- г) обмотки напряжения для сложения или вычитания

Например, механизм измерительный:
амперметра однообмоточного

вольтметра однообмоточного

ваттметра однофазного

ваттметра трехфазного одноэлементного с двумя токовыми обмотками

ваттметра трехфазного двухэлементного







ваттметра трехфазного трехэлементного

логометра магнитоэлектрического (например, омметра-логометра)


логометра ферродинамического (например, частотомера)

логометра электродинамического (например, фазометра однофазного)


логометра трехобмоточного (например, фазометра трехфазного с двумя токовыми обмотками)



логометра четырехобмоточного (например, синхроноскопа трехфазного)



логометра четырехобмоточного (например, фазометра трехфазного с одной токовой обмоткой)



3. Выводные контакты обмоток допускается не изображать, если это не приведет к недоразумению
4. Выводные контакты обмоток допускается не зачернять, например, вольтметр однообмоточный

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3)